Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22307-12, Verfall 30.11.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	**4.18**		
Standardabw. +/-	0.18		
Sollbereich	4.00	bis	4.36

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
4.00	4.06	4.12	4.18	4.24	4.30	4.36

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	**34.9**		
Standardabw. +/-	3.0		
Sollbereich	31.9	bis	37.9

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
31.9	32.9	33.9	34.9	35.9	36.9	37.9

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	**230**		
Standardabw. +/-	30		
Sollbereich	200	bis	260

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
200	210	220	230	240	250	260

Datum	Messwert

31.08.2023

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22307-12, Verfall 30.11.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	8.8			
Standardabw. +/-	0.6			
Sollbereich	8.2	bis	9.4	

Einheit	10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	12.4			
Standardabw. +/-	0.4			
Sollbereich	12.0	bis	12.8	

Einheit	g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
12.0	12.1	12.2	12.4	12.6	12.7	12.8

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum

31.08.2023