Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22201-72, Verfall 07.06.2022

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	**4.14**		
Standardabw. +/-	0.18		
Sollbereich	3.96	bis	4.32

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
3.96	4.02	4.08	4.14	4.20	4.26	4.32

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	**32.7**		
Standardabw. +/-	3.0		
Sollbereich	29.7	bis	35.7

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
29.7	30.7	31.7	32.7	35.6	36.6	35.7

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	**228**		
Standardabw. +/-	30		
Sollbereich	198	bis	258

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
198	208	218	228	238	248	258

Datum	Messwert

08.03.2022

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22201-72, Verfall 07.06.2022

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8.5**			
Standardabw. +/-	0.6			
Sollbereich	7.9	bis	9.1	

Einheit 10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**11.6**			
Standardabw. +/-	0.4			
Sollbereich	11.2	bis	12.0	

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11.2	11.3	11.4	11.6	11.8	11.9	12.0

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum