

Swelab Alfa

Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22210-12, Verfall 02.03.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	4.20
Standardabw. +/-	0.18
Sollbereich	4.02 bis 4.38

Einheit	10 ¹² / L
---------	----------------------

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
4.02	4.08	4.14	4.20	4.26	4.32	4.38

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	36.4
Standardabw. +/-	3.0
Sollbereich	33.4 bis 39.4

Einheit	%
---------	---

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	235
Standardabw. +/-	30
Sollbereich	205 bis 265

Einheit	10 ⁹ / L
---------	---------------------

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
205	215	225	235	245	255	265

Datum	Messwert

Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle
 Boule Con-Diff Normal LOT: 22210-12, Verfall 02.03.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC	Mittelwert	8.8
	Standardabw. +/-	0.6
	Sollbereich	8.2 bis 9.4

Einheit	10 ⁹ / L
---------	---------------------

Datum	Messwert	-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
		8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4

HGB	Mittelwert	12.6
	Standardabw. +/-	0.4
	Sollbereich	12.2 bis 13.0

Einheit	g/dL
---------	------

Datum	Messwert	-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
		12.2	12.3	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0

- OT** = Open Tube (Offenes Röhrchen)
- MPA** = Mikropipettenadapter
- CAP** = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum