Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22201-12, Verfall 07.06.2022

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	4.16		
Standardabw. +/-	0.18		
Sollbereich	3.98	bis	4.34

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
3.98	4.04	4.10	4.16	4.22	4.28	4.34

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	33.4		
Standardabw. +/-	3.0		
Sollbereich	30.4	bis	36.4

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
32.4	33.4	34.4	33.4	34.4	35.4	36.4

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	232		
Standardabw. +/-	30		
Sollbereich	202	bis	262

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
213	223	233	243	253	263	273

Datum	Messwert

08.03.2022

Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22201-12, Verfall 07.06.2022

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8.5**			
Standardabw. +/-	0.6			
Sollbereich	7.9	bis	9.1	

Einheit 10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**11.6**			
Standardabw. +/-	0.4			
Sollbereich	11.7	bis	12.5	

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11.2	11.3	11.4	11.6	11.4	11.5	11.6

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP	Visum

08.03.2022