Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22301-12, Verfall 06.06.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	4.17		
Standardabw. +/-	0.18		
Sollbereich	3.99	bis	4.35

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
3.99	4.05	4.11	4.17	4.23	4.29	4.35

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	35.5		
Standardabw. +/-	3.0		
Sollbereich	32.5	bis	38.5

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	236		
Standardabw. +/-	30		
Sollbereich	202	bis	266

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
216	226	236	236	246	256	266

Datum	Messwert

Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22301-12, Verfall 06.06.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8.6**			
Standardabw. +/-	0.6			
Sollbereich	8.0	bis	9.2	

Einheit 10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**12.3**			
Standardabw. +/-	0.4			
Sollbereich	11.9	bis	12.7	

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11.9	12.0	12.2	12.3	12.4	12.6	12.7

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP	Visum