

# Boule Con-Diff

CONTROL

IVD



Open vial stability 14 days <sup>1</sup>



Control	Lot	
Tri-Level	22201-1K	2022-06-07
Low	22201-11	2022-06-07
Normal	22201-12	2022-06-07
High	22201-13	2022-06-10

AC 9xx eo+		CONTROL	L
		LOT	22201-11
		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.33	0.12
MCV	fL	68.8	5.0
RDW	%	15.0	4.0
Hct	%	16.0	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	80	15
MPV	fL	10.9	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.1	0.3
Hgb	g/dL	5.4	0.3
MCH	pg	23.2	1.5
MCHC	g/dL	33.8	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.3	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.2	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.6	0.8
Lymph	%	41.9	7.0
Mid	%	5.5	5.0
Gran	%	52.6	7.0

CONTROL	N
	LOT
22201-12	
Mean <sup>2</sup>	
± Range <sup>3</sup>	
4.17	0.18
81.2	5.0
14.2	4.0
33.9	3.0
225	30
11.7	1.5
7.7	0.6
11.5	0.4
27.6	1.5
33.9	3.0
3.5	0.6
0.5	0.5
3.7	1.0
45.3	5.0
6.3	5.0
48.4	5.0

CONTROL	H
	LOT
22201-13	
Mean <sup>2</sup>	
± Range <sup>3</sup>	
4.98	0.22
94.7	5.0
13.0	4.0
47.2	3.5
495	60
13.0	1.5
18.4	1.8
16.2	0.5
32.5	1.5
34.3	3.0
10.6	1.5
1.4	1.0
6.4	2.5
57.8	5.0
7.5	5.0
34.7	5.0

Swelab Alfa/Alfa Plus		Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
RBC	10 <sup>12</sup> /L	2.26	0.12
MCV	fL	66.8	5.0
RDW	%	14.4	4.0
Hct	%	15.1	2.5
Plt	10 <sup>9</sup> /L	79	15
MPV	fL	11.1	1.5
WBC	10 <sup>9</sup> /L	3.5	0.3
Hgb	g/dL	5.5	0.3
MCH	pg	24.3	1.5
MCHC	g/dL	36.4	3.0
Lymph#	10 <sup>9</sup> /L	1.6	0.4
Mid#	10 <sup>9</sup> /L	0.1	0.3
Gran#	10 <sup>9</sup> /L	1.8	0.8
Lymph	%	46.6	7.0
Mid	%	2.2	5.0
Gran	%	51.2	7.0

Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
4.16	0.18
80.2	5.0
13.5	4.0
33.4	3.0
232	30
11.4	1.5
8.5	0.6
11.6	0.4
27.9	1.5
34.7	3.0
4.3	0.6
0.3	0.5
3.9	1.0
50.3	5.0
3.6	5.0
46.1	5.0

Mean <sup>2</sup>	± Range <sup>3</sup>
5.07	0.22
94.5	5.0
12.9	4.0
47.9	3.5
518	60
12.4	1.5
20.6	1.8
16.2	0.5
32.0	1.5
33.8	3.0
13.1	1.5
0.7	1.0
6.8	2.5
63.7	5.0
3.4	5.0
32.9	5.0

1

- bg Трайност на отворен флакон 14 дни (bg)
- hr Stabilnost otvorene bočice 14 dani (hr)
- cs Stabilita otevrené ampulky 14 dny (cs)
- da Åben rør stabilitet 14 dage (da)
- et Stabiilsus avatud vialis 14 päevade (et)
- fr Stabilité en flacon ouvert 14 jour (fr)
- de Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage (de)
- el Διατήρηση δέγματος μετά την αποσφράγιση 14 ημέρα (el)
- it Stabilità della fiala aperta 14 giorni (it)
- lv Atvērt flakonu stabilitāti 14 dienas (lv)
- lt Stabilumas atidarius buteliuką 14 dienas (lt)
- no Åpen rør/glass stabilitet 14 dager (no)
- pl Trwałość po otwarciu fiołki 14 Liczba dni (pl)
- pt Estabilidade após abertura do frasco 14 dias (pt)
- ro Termenul de valabilitate al fiolei desfăcută 14 zile (ro)
- ru Стабильность вскрытого флакона 14 дней (ru)
- sr Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja 14 dana (sr)
- sk Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dní (sk)
- sl Stabilita otvorenej injekčnej liekovky 14 dni (sl)
- es Estabilidad de la cápsula abierta 14 días (es)
- sv Hållbarhet för öppnad flaska 14 dagar (sv)
- tr Açık şişe stabilitesi 14 gün (tr)

2

- Средно
- Sredstvo
- Průměr
- Middelvärdi
- Keskmine
- Moyenne
- Mittelwert
- Μέση
- Media
- Nozīmē
- Vidurkis
- Middelverdi
- Średnia
- Média
- Medie
- Среднее
- Srednja vrednost
- Priemer
- Povprečno
- Media
- Medelvärde
- Ortalama

3

- Обхват
- Raspon
- Rozsah
- Område
- Vahemik
- Intervalle
- Bereich
- Αναμενόμενο εύρος α
- Intervallo
- Diapazons
- Intervalas
- Område
- Zakres
- Intervalo
- Interval
- диапазон
- Orseg
- Rozsah
- Območje
- Intervalo
- Intervall
- Aralığı

25121-4

1504054



[www.swelab.com/  
support/downloads](http://www.swelab.com/support/downloads)



## For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

### Alfa:

1. In the Main Menu go to "Q/C Menu" "Enter Con/Cal" "Control/Calibrator Assay Value Input"
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

### Alfa Plus:

1. In the Main Menu go to "Quality Control" "Input Assays"
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22201-11  
Prod.: Con-Diff Low  
ID: 2220111+  
Exp.: 7-Jun-2022

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22201-12  
Prod.: Con-Diff Norm  
ID: 2220112+  
Exp.: 7-Jun-2022

Instr.: Swelab Alfa  
Lot: 22201-13  
Prod.: Con-Diff High  
ID: 2220113+  
Exp.: 10-Jun-2022

